

2014年10月

お得意様各位



一般医療機器

デントジェット用ノズル

(歯科用薬剤注入器)

販売中止のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、本年5月に歯科医療機器に対する院内感染対策の不十分さが報道されました。
歯科用薬剤注入器「デントジェット用ノズル」の添付文書にはノズルの再使用は禁止と記載されて
おりますが、再使用が懸念されることより販売を中止させて頂くこととなりました。
なお、「デントジェット」は、引き続き販売を継続させて頂きます。
甚だ勝手ではございますが、何卒事情をご賢察賜りますよう謹んでご案内申し上げます。

謹白

記

1.販売中止品目

販売名	規格・包装	統一商品コード	摘要
デントジェット用ノズル	20本	094-890525	歯科用薬剤注入器 付属品(部品)

※ 弊社の在庫が無くなり次第、販売を中止とさせていただきます。

以上